



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Santé et de
l'Hygiène Publique

PUBLICATION DES RESULTATS

AOI N°002/PPM 2023/MSHPAUS/CAB/PRMP/REPSRU du 19 juin 2023

**APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RELATIF A L'ACQUISITION
D'AMBULANCES MEDICALISEES POUR 07 HOPITAUX DU TOGO (MSHPAUS)**

PAYS/ NOM DU PROJET : TOGO/ PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ETAT DE
PREPARATION DU SYSTEME ET DE RIPOSTE D'URGENCE AU COVID 19 (REPSRU)

Financement : DON IDA N° : DON IDA N° D9610-TG et CREDIT IDA N° 70260-TG

Soumissionnaire retenu			
Nom et adresse du soumissionnaire	Prix lus lors de l'ouverture des plis	Prix Evalué HT/TTC	Observations
DIWA INTERNATIONAL	385 000 000 HT	385 000 000 HT	Offre conforme
Soumissionnaires non retenus			
Nom et adresse du soumissionnaire	Prix lus lors de l'ouverture des plis	Motifs du rejet de l'offre	
PALUTECH RELEVE SARL	384 300 000 HT	Offre non conforme : - Le soumissionnaire propose un appareil à tension mural au lieu d'un appareil à tension mano brassard demandé ; - Le soumissionnaire n'a pas proposé de service après-vente disponible au Togo (notamment un atelier de maintenance et la preuve de qualification du personnel).	
PERFECT PHARMA	246 089 200 HT 290 385 256 TTC	Offre non conforme : - Le soumissionnaire propose un Oxymètre de pouls sans support ; - Pas de précision sur la mini centrale ainsi que les bouteilles d'oxygène proposés.	
GROUPEMENT FIRST PHARMA ET BRAIN STORM GROUP	353 750 000 HT	Offre non conforme : - La lettre de soumission est signée au nom de FIRST PHARMA et non au nom du groupement ; - La garantie de soumission et la capacité financière ne sont pas au nom du groupement mais au nom de BRAIN STORM GROUP.	
GROUPEMENT IAB SARL ET ALADIL	Eq : 466 380 495 HT SC : 20 996 927 HT Eq : 550 328 984 TTC SC : 24 776 374 TTC	Offre non conforme : - Le chariot brancard proposé ne dispose pas de sangles immobilisatrices ; - Le respirateur sur chariot proposé est adapté pour la salle de réanimation et non pour le transport.	
CFAO MOTORS	385 000 000 HT	Offre non conforme : - Un banc pliant pour 4 personnes non proposé ;	

		<ul style="list-style-type: none"> - Une fiche technique non proposée pour le kit d'oxygénothérapie ; - Un appareil à tension mano poire proposé en lieu et place d'un appareil à tension mano brassard demandé.
PROFIL SANTE	693 790 405 TTC	Offre non conforme : <ul style="list-style-type: none"> - Le soumissionnaire propose un oxymètre de pouls sans support ; - Appareil à tension mural proposé au lieu d'un appareil à tension mano brassard demandé.
STEA	EQ : 504 000 000 HT SC : 23 400 000 HT SC : 27 612 000 TTC	Offre non conforme : <ul style="list-style-type: none"> - Le soumissionnaire n'a pas pu fournir une preuve d'avoir exécuté un marché similaire d'un montant égal au moins à 0,5 fois le montant de son offre.
MEDIBIO	482 832 000	Offre non conforme : <ul style="list-style-type: none"> - L'autorisation du fabricant fournie n'est pas conforme car ce dernier ne s'engage pas sur l'ambulance, mais plutôt sur les pièces de rechange.
BELIEVER GOD TOGO	686 809 480 HT	Offre non conforme : <ul style="list-style-type: none"> - Le soumissionnaire n'a pas pu fournir une preuve d'avoir exécuté un marché similaire d'un montant égal au moins à 0,5 fois le montant de son offre.
Nom de l'attributaire provisoire	DIWA INTERNATIONAL dont l'offre a été évaluée conforme et économiquement la mieux avantageuse	
Montant d'attribution du marché	385 000 000 HT	

Lomé le, **12 2 NOV 2023**

La Personne Responsable des Marchés Publics



Mme Midamégbé AKAKPO